
HALL®
POWERED INSTRUMENTS

Hall50™
Sternum Saw



Primary



Revision



Lithium Battery



ConMed


Option

SAGITTAL SAW




製品名　サジタルソー
カタログ No. 00-6020-022-00
最高回転数 20,000 cpm
設定可能範囲 20% ー 100%（10% 毎に設定可）
ブレードポジション 45° 毎、5 ポジション（180° ）

使用ブレード



00-5023-187-00
サジタルブレード
（イチョウバ、マイクロサジタルソー用）
50.0 x 24.0 x 0.4mm




00-5023-188-00
サジタルブレード
（イチョウバ、マイクロサジタルソー用）
63.0 x 24.0 x 0.4mm

OSCILLATING SAW




製品名　オシレーティングソー
カタログ No. 00-6020-024-00
最高回転数 25,000 cpm
設定可能範囲 20% ー 100%（10% 毎に設定可）
ブレードポジション 45° 毎、8 ポジション（360° ）

使用ブレード



00-5023-169-00
オシレーティングブレード
10.0 x 35.0 x 0.4mm



00-5023-166-00
オシレーティングブレード
18.5 x 28.5 x 0.4mm

パワープロコントローラー

PR-2000-000-00



パワープロ コントローラー

■シンプルな操作性でリーズナブルなコントローラー
■使用可能ハンドピース
- マイクロパワー各種ハンドピース
- PowerPro Ⅱ電動ハンドピース
- シェーバーハンドピース

E9000® コンソール

E0-9000-000-00



E9000® コンソール

■術部へのイリゲーションポンプを内蔵し、複数の診療科を対象としたコンソール
■使用可能ハンドピース
- E9000 ハイスピードドリル、パーフォレーター、シェーバー
- マイクロパワー各種ハンドピース
- Power Pro Ⅱ電動ハンドピース
  注：トルクが 50% になります。
- シェーバーハンドピース

Battery

Lithiumバッテリー

- **高容量** [1)]
- **長寿命** [1)]
- **ハンドピースおよびアタッチメントと同条件のオートクレーブ滅菌が可能**

[1)] Linvatec Nicad ラージバッテリーとの比較



L3-0000-000-00
リチウムチャージャー



L3-000L-G00-00
リチウムバッテリー



L3-000S-M00-00
スモールリチウムバッテリー

Nicadバッテリー

ラージバッテリー PR-3010-000-00

- 大容量型（重量：457g）
- 大きなトルクが必要とされる症例向き



スモールバッテリー PR-3020-000-00

- 軽量・小型（重量：269g）
- 高回転による効果的なドリリングを実現



シュアチャージャーシステム

シュアチャージャーは、バッテリーパックをオートクレーブ滅菌してから充電するための専用滅菌ケースです。



バッテリーチャージャー

PR-3600-000-00



トランスファーバッテリー

スモールトランスファー・バッテリーシステム



スモールトランスファー
バッテリー（267g）
PR-3520-000-00

スモールトランスファー
スリーブ
PR-3531-000-00

スモールトランスファー
バッテリーケース
PR-3521-000-00



スモールトランスファー
プラットフォーム
PR-3535-000-00



- 滅菌したバッテリーケースに、未滅菌のバッテリーパックを装着して使用

エアータイプ



エアータイプスターナムソー

00-5059-005-00
スピード　17,000cpm
ストローク　3.2mm



パワープロ エアーオシレーター

PR-6175-000-00
スピード　11,000cpm
振幅　4.5 度

Primary



HALL50™ スターナムソーハンドピース

PR-7450-B00-00
スピード　MAX 14,500cpm
ストローク 3.2mm

■ Standardization:


・Powered tool 分野で成功を収めている Power Pro®、M-Power® 2 Hall50™ ハンドピースとバッテリーは共通

・ブレード及び、ブレードガードは気動式スターナムソーと共通

■振動を軽減：

・駆動軸とモーターを一直線上に配置する事により操作時の振動を軽減

使用ブレード



00-5059-532-00
スターナムソーブレード
10.0 x 35.0mmx0.6mm


Revision




HALL50™ オシレーティングソーハンドピース

PR-7300-B00-00
スピード　MAX 11,000cpm
ストローク 3.2mm


使用ブレード




00-5071-228-00
オシレーターブレード（イチョウバ）
44.5 x 40.0 x 0.4mm




00-5071-229-00
オシレーターブレード（イチョウバ）
54.5 x 40.0 x 0.4mm



00-5071-125-00
オシレーターブレード（イチョウバ）
50.0 x 19.0 x 0.4mm



00-5071-230-00
オシレーターブレード（イチョウバ）
66.0 x 40.0 x 0.4mm



00-5071-126-00
オシレーターブレード（イチョウバ）
63.0 x 19.0 x 0.4mm

Hall50™ スターナムソー

カタログNo.	品　名
PR-7450-B00-00	ホール50 スターナムソーハンドピース（レンチ付き、スターナムガードは別売り）
L3-000L-G00-00	リチウムバッテリー
L3-000S-M00-00	スモールリチウムバッテリー
L3-0000-000-00	リチウムチャージャー※
PR-3600-000-00	バッテリーチャージャー ※
PR-3010-000-00	ラージバッテリー ※※
PR-3020-000-00	スモールバッテリー ※※
PR-3200-000-00	シェアチャージャー ※
PR-3205-000-00	滅菌ケース用フィルター（50 枚入り）※
PR-3520-000-00	スモールトランスファーバッテリー ※※
PR-3521-000-00	スモールトランスファーバッテリーケース ※※
PR-3531-000-00	スモールトランスファースリーブ ※
PR-3535-000-00	スモールトランスファーバッテリープラットフォーム ※

医療機器製造販売認証番号 22100BZX00936000：バッテリー式 骨手術器械システム
※薬事法規対象外
※※医療機器製造販売承認番号 22100BZX00609000：パワープロ・バッテリー骨手術器械システム

気道式スターナムソー

カタログNo.	品　名
00-5059-005-00	ホールスターナムソーハンドピース ※（レンチ付き、スターナムガードは別売り）
00-5052-010-00	3メートルホース
00-5052-018-00	延長ホース3メートル
L3-M207-000-00	シングルレギュレーター
L3-M208-000-00	ダブルレギュレーター

薬事法規対象外
※医療機器製造販売届出番号 22B1X00005L00052：ホール シリーズ4

オプションハンドピース（リビジョン,小児）

カタログNo.	品　名
PR-7300-B00-00	ホール50 オシレーターハンドピース
PR-6125-000-00	パワープロエアーオシレーター ※

医療機器製造販売認証番号 22100BZX00936000：バッテリー式 骨手術器械システム
※医療機器製造販売承認番号 22100BZX00610000：パワープロⅡ ミニドライバー システム

Micro　Power

カタログNo.	品　名
00-6020-022-00	マイクロパワーサジタルソー
00-6020-024-00	マイクロパワーオシレーティングソー
MC-5057-000-00	ユニバーサルコード ※
00-5020-053-00	2ペダルフットスイッチ
E0-9000-000-00	E9000コンソール ※※
PR-2000-000-00	パワープロコントローラー ※※※

医療機器製造販売承認番号 22100BZX00617000：マイクロチョイス
※薬事法規対象外
※※医療機器製造販売承認番号 22100BZX00576000：E9000システム
※※※医療機器製造販売承認番号 22100BZX00607000：パワープロ システム

アクセサリー

カタログNo.	品　名
00-5059-006-00	スターナムガード ※
00-5059-007-00	レンチ
00-5052-012-00	滅菌ケース
PR-6000-000-00	マイクロパワーシステム滅菌ケース

薬事法規対象外
※医療機器製造販売届出番号 22B1X00005L00046：パワープロアタッチメント

ブレード各種

カタログNo.	品　名
00-5059-532-00	スターナムソーブレード
00-5071-125-00	オシレーターブレード
00-5071-126-00	オシレーターブレード
00-5071-228-00	オシレーターブレード
00-5071-229-00	オシレーターブレード
00-5071-230-00	オシレーターブレード
00-5023-187-00	サジタルブレード ※
00-5023-188-00	サジタルブレード ※
00-5023-166-00	オシレーティングブレード
00-5023-169-00	オシレーティングブレード

医療機器製造販売承認番号 22100BZX00633000：滅菌済み骨手術器械用ブレード
※医療機器製造販売承認番号 22100BZX00628000：骨手術器械用ブレード

zimmer
Personal Fit. Renewed Life.

ジンマー株式会社
本社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目1番17号 神谷町プライムプレイス7階
Tel. 03-6402-6600（代表） Fax. 03-6402-6620
http://www.zimmer.co.jp

●カスタマーサービス（商品のご注文）……Tel. 0550-89-8522
Fax. 0120-89-3570
●修理のお問合せ……Tel. 0120-33-8507
●製品のお問合せ……Tel. 03-6402-6604

© 2014 Zimmer K.K.
ZJ-555-2（E） 6/2015 Hall50 スターナムソーカタログ